

武威市财政局

武财采处〔2023〕2号

武威市财政局政府采购投诉处理决定

项目名称：武威市食品检验检测中心 2022 年仪器设备采购项目（第一包）

相关当事人：

投诉人：甘肃天成怡方科贸有限公司

地址：甘肃省兰州市城关区庆阳路 42 号二楼 A05-A06

法定代表人：寇飞

被投诉人 1：甘肃每日第三方咨询评价有限公司

地址：甘肃省兰州市城关区武都路 3 号 1 单元 26 层
2605 室

联系人：他唯丙

被投诉人 2：北京华尔达科贸有限责任公司

地址：北京市东城区东中街 58 号美惠大厦 C-602

联系人：戴成玮

一、基本情况

投诉人对代理机构质疑答复不满意，向我局提起投诉。

二、投诉事项

投诉事项一：第一包招标文件中，第一章 采购需求第一包液相凝胶渗透色谱仪 招标参数要求自动进样器 3.8 最大操作压力：600bar 中标人所投自动进样器型号 SIL-40C，官网指标明确显示为 44MPa（折合 440bar），不符合招标文件要求。

投诉事项二：第一包招标文件中，招标参数要求智能化柱温箱 4.1 半导体温控设计。中标人所投柱温箱型号 CTO-40C，是空气制冷设计，不符合招标文件要求，是虚假应标。

投诉事项三：第一包招标文件中，招标参数要求示差折光检测器 5.7 温度控制：室温上 5°C- 55°C 中标人所投型号是 RID-20A，温度实际是 30-60°C，不满足室温以上 5°C，常规实验室室内常用温度控制在 18°C 时，要求低温在 23°C，RID-20A 在 30°C 及以上不符合招标文件要求，是虚假应标。

投诉事项四：第一包招标文件中，招标参数要求荧光检测器★6.1 灵敏度：葱（LOD）为 10fg，Ex 250nm/Em400nm，Raman（水）>2800，Ex 350nm，Em 397nm，dark value 450nm 中标人所投型号是 RF-20A，Raman（水）≥1200，显而易见的主要技术参数（带★号项）负偏离，虚假响应招标要求。

投诉事项五：第一包招标文件中，招标参数要求荧光检测器 6.4 激发光栅：凹型全息光栅，200 - 1200nm 长范围，狭缝宽度 20nm。中标人所投型号是 RF-20A，波长范围仅为 200-650nm，远不符合招标要求。

投诉事项六：投诉人对招标代理机构的质疑回复态度不满意。

投诉请求：

请求 1：按照政府招标采购公平公正的原则，请求排查招标文件中技术参数；

3.8 最大操作压力：600bar；4.1 半导体温控设计；5.7 温度控制：室温上 5℃-55℃；★6.1 灵敏度：葱（LOD）为 10fg, Ex 250nm/Em 400nm, Raman(水)>2800, Ex 350nm, Em 397nm, dark value 450nm；6.4 激发光栅：凹型全息光栅，200 - 1200nm 波长范围，狭缝宽度 20nm；6.5 发射光栅：凹型全息光栅，200 - 1200nm 波长范围，狭缝宽度 20nm。

请求 2：我单位已提供充分并核实的取证内容，并附中标人北京华尔达科贸有限责任公司所提供产品的型号、官方参数、官网链接地址，充分说明了中标人北京华尔达科贸有限责任公司违反《中华人民共和国政府采购法》：第七十七条（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；质疑函明确是对中标人提供虚假材料谋取中标、成交的行为提出质疑，并恳请协助有关部门监督检查。

三、调查核实情况

根据《政府采购质疑和投诉办法》的规定，我局受理投诉后，依法暂停了该项目采购活动。针对武威市食品检验检测中心 2022 年仪器设备采购项目第二次招标中，甘肃天成怡方科贸有限公司投诉中标人北京华尔达科贸有限责任公司事项开展了调查，并组织相关专业专家对投诉人和被投诉人所提供的证据材料核实论证，结合专家组论证意见，对投诉事项认定如下：

投诉事项 1、2，投诉人提供的网址所反映的产品与被投诉人所投产品不一致，投诉人提供的参数以偏概全；投诉事项 3、4、5 投诉人提供的网址为无效网址，且未提供截图具体时间。对于参数要求，被投诉人提供了产品技术白皮书，且已加盖厂家证明章和投标公司公章，参数均符合招标参数要求。故上述投诉事项 1、2、3、4、5 缺乏事实依据，投诉不成立。

投诉事项 6，投诉人于 2023 年 3 月 10 日向代理机构提出质疑，代理机构于 3 月 15 日答复了投诉人，答复时间符合《政府采购质疑和投诉办法》规定，不存在违规情况，故该项投诉缺乏事实依据，投诉不成立。

五、处理依据及结果

根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第二十九条第（二）项的规定，本局决定：投诉人提起的投诉事项不成立，驳回投诉。自即日起采购人继续开展该项目的采购活动。

如不服本处理决定，可以在 60 天内依法向武威市人民政府申请行政复议或者在 6 个月内向人民法院提起行政诉讼



抄送：市城管办、市公共资源交易中心