

武威市畜牧兽医总站布病疫苗和布病疫苗连续注射器采购项目第

二次中标公告



一、项目编号

GSXDL2023CG--0512

二、项目名称

武威市畜牧兽医总站布病疫苗和布病疫苗连续注射器采购项目

三、中标（成交）信息

供应商名称	供应商联系地址	中标金额(万元)
重庆澳龙生物制品有限公司	重庆市荣昌工业园区(板桥工业园区四支路)	70
北京王氏伟业科技有限责任公司	北京市石景山区城通街26号院7号楼28层2810	19.635

四、主要标的信息

货物类					
供应商名称	名称	品牌	数量	单价	规格型号
重庆澳龙生物制品有限公司	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件
货物类					
供应商名称	名称	品牌	数量	单价	规格型号
北京王氏伟业科技有限责任公司	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件

五、评审专家（单一来源采购人员）名单

冯润文, 宁虎学, 张生瑞, 梁万平, 蔡飞、靳新(采购人代表)、王吉成(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额

收费标准：按照项目的最终中标金额依据中华人民共和国国家计划委员会【计价格(2020)1980】号和国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知【发改价格(2011)534】号文件进行计算。

收费金额：1.35万元

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：武威市畜牧兽医总站

地址：武威市新城区农林牧综合服务大楼

联系方式：0935-6975823

2. 采购代理机构信息

名称：甘肃信鼎立项目管理咨询有限公司

地址：甘肃省武威市凉州区天一财富广场2号楼1123室

联系方式：18298557887

3. 项目联系方式

项目联系人：崔玉香

电 话：18298557887



2023年6月29日

附件 1:

项目名称：武威市畜牧兽医总站布病疫苗和布病疫苗连续注射器采购项目第二次招标
(第一包)

投标人名称：重庆澳龙生物制品有限公司

货物名称	品牌及型号	规格要求及主要参数	生产厂家	单位	数量	单价(元)	备注
布鲁氏菌病活疫苗(S2株)	品牌：重庆澳龙 型号：无	1、20头份/瓶、40头份/瓶、80头份/瓶； 2、为GMP规范性生产的产品，每头份活菌数不少于 1.0×10^{10} CFU。 3、配备同等数量稀释液。	重庆澳龙生物制品有限公司	万头份	350	2000.00元/万头份	/
投标报价合计：700000.00元（大写）柒拾万元整							

附件 2:

项目名称: 武威市畜牧兽医总站布病疫苗和布病疫苗连续注射器采购项目第二次招标
(第二包)



投标人名称: 北京王氏伟业科技有限责任公司

货物名称	品牌及型号	规格要求及主要参数	生产厂家	单位	数量	单价(元)	备注
布病疫苗连续注射器	尚讯/SX-003	1、规格: 0.1~5ml, 连续可调。剂量准确度误差 $\leq \pm 3\%$; 2、液箱: 斜插瓶药液瓶; 3、主体材质: 金属; 4、尺寸: 175×120×20mm; 5、产品采用扳机与连杆平推式结构; 6、活塞容量筒为金属材质, 无需玻璃管; 7、连接: 设置有针头安装的锁扣装置; 8、连注器锥头的锥度: 锥度符合 GB1962 的规定, 锥头与注射针配合紧密, 在承受 0.03Mpa 的水压时, 锥头与注射针结合处 20s 内没有水滴下; 9、表面粗糙度: 其表面粗糙度值不大于 0.8 μm ; 10、残液残留: 当连注器活塞封底和针筒封底相接触时, 其残留在针筒体(包括锥头孔)内的液体量不大于总容量的 0.09mL; 11、器身密合性: 活塞与针筒体内壁的配合性良好, 在承受 0.30Mpa 的水压时 10s 内没有水渗出, 各部件连接处没有渗漏现象; 12、履约货物为同一批次, 且生产日期为 2023 年 5 月 1 日以后生产, 每个产品配备生产商盖鲜章的合格证。	浙江尚讯科技有限公司	支	600	129.00	免费送达用户指定地点

	宇球 /2ml	1、适用范围：适用于家禽家畜疫苗注射； 2、材质：铜； 3、规格：0~2ml 可调（最小刻度 0.2ml）； 4、可插自带瓶（100ml）注射、可直接插疫苗瓶注射、可连接软管吸液注射； 5、可拆卸旋钮，适配多种针头； 6、环套式输液口，拆装方便，使用过程中不漏液； 7、波浪形把手，S 型推柄，长时间操作不累手。	宁波宇球机械科技有限公司	 支	1525	78.0 0	免费送达用户指定地点
投标总价合计：（大写）壹拾玖万陆仟叁佰伍拾元整						¥196350.00	