

民勤县财政局

政府采购投诉处理决定书

民财采决〔2024〕1号

根据《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，现将我机关关于甘肃皓科医疗器械有限公司对《民勤县中医院2024年医疗服务与保障能力提升项目》的投诉处理决定如下：

项目名称：民勤县中医院2024年医疗服务与保障能力提升项目
项目编号：154041JH620621004

一、相关当事人

投诉人：甘肃皓科医疗器械有限公司

投诉人地址：甘肃省兰州市安宁区北滨河西路1219之22号
(兰州国际家居建材博览城第27幢1层120室)

被投诉人：民勤县中医院

被投诉人地址：民勤县三雷镇红沙梁路六号

被投诉人：甘肃森鑫项目管理咨询有限公司

被投诉人地址：武威市凉州区北大街人防大厦402-403室

二、核查情况

(一) 投诉事项1

甘肃森鑫项目管理咨询有限公司就我公司提出的质疑，

答疑函中 只是简单阐述至少有三家能满足所有参数要求，未列举详细的证明材料，证明符合该三条参数的厂家有三家。

法律依据：《中华人民共和国政府采购法》第三十六条在招标采购中，出现下列 情形之一的，应予废标：（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（二）投诉事项 2

针对我公司提出的全数字高档彩色多普勒超声诊断仪技术参数第 1.4,1.34,1.37 条技术参数有明显的倾向性，明显是某厂家的独家参数的质疑及证明文件，甘肃森鑫项目管理咨询有限责任公司给出的答疑函未给出明确的证明资料，只是简单阐述不具备唯一性和指向性。

法律依据：依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：（二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

专家小组论证认为：

1. 甘肃鑫诺辉医疗设备有限公司、甘肃瑞尔影医疗器械有限公司、安庆臻翌医疗科技有限公司经核查均符合投标资质要求。

2. 参与投标的三家公司技术参数【1.4 全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致（图像上无焦点显示，请附图）；▲1.34 支持高帧率剪切波定量

式弹性成像功能，可以动态显示二维剪切波弹性成像图，具备三种定量参数，包括剪切波速度，杨氏模量和剪切模量，提供甲状腺、乳腺及肝脏领域多中心研究的诊断标准；▲1.37 支持自动肝肾比测量，自动计算肝脏与肾皮层增益比值，提供定量参数】具体如下：甘肃鑫诺辉医疗设备有限公司 1.4 无偏离，1.34 无偏离，1.37 无偏离；甘肃瑞尔影医疗器械有限公司 1.4 无偏离，1.34 无偏离，1.37 无偏离；安庆臻翌医疗科技有限公司 1.4 无偏离，1.34 负偏离，1.37 无偏离。

故技术参数不存在倾向性，非某厂家独家参数，投诉不成立。

三、处理决定

综上所述，根据《政府采购质疑和投诉办法》第二十九条第（二）项之规定，驳回投诉人甘肃皓科医疗器械有限公司的投诉。

四、权利告知

如对此处理决定不服，各方可以在60天内依法申请行政复议或者在6个月内向人民法院提起行政诉讼。



